ACCU-CHEK® LinkAssist



Système d'insertion automatique
associé au dispositif de perfusion
ACCU-CHEK® FlexLink

NOUVEAU



Roche

ACCU-CHEK®
Vivre sa vie. C'est essentiel.

Guide d'insertion de ACCU-CHEK® FlexLink avec ACCU-CHEK® LinkAssist

1 **Lavez** vous les mains et **désinfectez la peau** au niveau du site d'insertion.

Enfoncez le tenseur dans la base du système d'insertion.

2 **Le cran de sécurité s'est enclenché automatiquement** pour vous permettre de fixer le dispositif de perfusion Accu-Chek FlexLink.



3 **Fixez** le dispositif de perfusion Accu-Chek FlexLink **en enfonçant le capuchon de maintien** bleu dans l'emplacement du système d'insertion.



4 Voici le **positionnement correct** de l'Accu-Chek FlexLink dans le système d'insertion Accu-Chek LinkAssist.

NB : Le relief de l'adhésif vous indique où se trouve le site de connexion de la tubulure.



5 **Retirez** l'étui de protection, conservez le pour jeter l'aiguille guide aprèsl'insertion.

Retirez les 2 parties du film protecteur de l'adhésif.

6 **Tenez fermement** la base du système d'insertion (partie bleue) et **tirez au maximum** le tenseur (partie grise) vers le haut.

7 **Appliquez** le système d'insertion sur la peau.

Déverrouillez le cran de sécurité

Attention :

Ne jamais déverrouiller le cran de sécurité avant l'application sur la peau.

8 **Appuyez** sur le bouton de déclenchement pour insérer le dispositif de perfusion.



9 **Apliquez l'adhésif** sur la peau en passant le doigt sur son pourtour.

Tenez l'adhésif en place et **pressez** doucement les cotés du capuchon de maintien. **Tirez** pour l'enlever.



10 **Tenir fermement** l'embase puis **retirez l'aiguille guide** du dispositif cutané.



11 Après avoir **purgé la tubulure** jusqu'à l'apparition de gouttes d'insuline à l'extrémité, connectez la au dispositif cutané (clic audible).

Remettez la pompe en marche.

Remplissez la canule avec un bolus de 1 unité.

Réf. 00040208415 - Accu-Chek, Accu-Chek FlexLink et Accu-Chek LinkAssist sont des marques déposées de Roche -10/06 - **PRO(G** 2440

Roche

www.accu-chek.fr
Tél. 04 76 76 31 90

AVERTISSEMENT : changez le dispositif cutané au moins tous les 2-3 jours (72 heures au maximum) en raison du risque de résistance à l'insuline et d'inflammation du site de perfusion.

Ceci n'est pas un mode d'emploi. Pour plus d'informations et en cas de première utilisation, veuillez vous référer au mode d'emploi du ou des dispositif(s).INTERDICTION d'utiliser ce document pour guider l'utilisation d'un système d'insertion automatique et d'un set de perfusion autre que Accu-Chek LinkAssist et Accu-Chek FlexLink.

ACCU-CHEK®

Vivre sa vie. C'est essentiel.